

При анализе окрашенных масел конечную точку титрования устанавливают потенциметрически.